

Anlage 1 zum Antrag auf Genehmigung zur Durchführung und Abrechnung von Leistungen der Positronenemissionstomographie (PET) und der Positronenemissionstomographie mit Computertomographie (PET/CT) im Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung

Nur vom Hersteller auszufüllen!
Gewährleistungserklärung
Zu den apparativen Voraussetzungen nach § 4 der Qualitätssicherungsvereinbarung
PET, PET/CT (QSV)

- PET-Gerät**
- kombiniertes PET/CT-Gerät**

Herstellerfirma: _____

Typ: _____

Baujahr: _____

Standort Gerät/Praxisanschrift: _____

Gerät wurde installiert am: _____

Das PET-oder PET/CT-System erfüllt folgende apparative Anforderungen nach § 4 Nr. 1 bis 3:

1. **Räumliche Auflösung** $\leq 5,5$ mm
2. **Möglichkeit der technischen Bildfusion mit CT (Leistungen der PET) bzw. eines kombinierten PET/CT-Gerätes (Leistungen der PET/CT)**
3. **Möglichkeit zur semi-quantitativen Auswertung (SUV-Wert)**

Die Vollständigkeit und Richtigkeit dieser Angaben wird bestätigt.

Ort, Datum,

Stempel, Unterschrift des Herstellers/Vertreibers