

Anlage zum Antrag auf Erteilung einer Genehmigung zur Ausführung und Abrechnung mammographischer Leistungen im Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung

Nur vom Hersteller/Vertreiber auszufüllen!
Technischer Datenbogen/Gewährleistungserklärung
- kurative Mammographie -

Persönliche Daten:

Benutzer des Gerätes: _____

Anschrift: _____

Eigentümer des Gerätes: _____

Standort des Gerätes: _____

Gerätebezeichnung oder Typ: _____

Baujahr: _____

Hersteller/Vertreiber: _____

Die Röntgenanlage wurde/wird installiert am: _____

Wichtiger Hinweis:

Die Angaben zur Bildbetrachtung und Datenverarbeitung bei digitalen Mammographieaufnahmen werden über gesonderte Datenbögen ab Seite 7 abgefragt.

A. Technischer Datenbogen

1. Mammographie

Aufnahmen der Mamma in mindestens zwei Ebenen

1.1 Aufnahmegerät

- Digitaler Bildempfänger (Speicherfolien-System, integriertes System)

1.2 Geometrie

- Die Beleuchtung des Strahlenfeldes auf dem Buckytisch ist vorhanden
- Reproduzierbare Einstellung (z.B. durch Einrastung, Markierung, Skala) der üblichen Projektionen (z.B. cranio-caudal, medio-lateral-oblique) möglich

1.3 Kompression

- Kompression mit wählbarer Kompressionskraft bzw. Kompressionsdruck und deren Anzeige
- Kompressionsvorrichtung ist passend für gewähltes Bildformat bzw. Brustgröße
- Fußschaltung der Kompression möglich

1.4 Bildformat

- Das größte Bildformat muss mindestens eine Fläche von $24 \pm 1 \times 26 \pm 1 \text{ cm}^2$ abdecken.
- Die Brust muss im Regelfall in der gewählten Projektion mit einer einzigen Aufnahme adäquat dargestellt werden können.
- Es muss eine Einblendung bei Formatwechsel erfolgen.

1.5 Bildbetrachtung

(Bitte hierfür den gesonderten Datenbogen ab Seite 7 ausfüllen!)

1.6 Datenverarbeitung bei digitalen Mammographieaufnahmen

(Bitte hierfür den gesonderten Datenbogen ab Seite 10 ausfüllen!)

2. Mammateilaufnahme(n)

Aufnahmen der Mamma in mindestens einer Ebene, Vergrößerungstechnik

2.1 Aufnahmegerät

- Mammographieeinrichtung mit digitalem Bildempfänger (Speicherfolien-System, integriertes System) mit Zusatzeinrichtung für Mammateilaufnahmen (Zielaufnahmen, Vergrößerungsaufnahmen), welche die Anforderungen nach Nummer 1 erfüllt

2.2 Brennfleck

- Brennfleck-Nennwert: bei Vergrößerungsaufnahmen: _____ ($\leq 0,2$)

2.3 Geometrie

- bei Vergrößerungsaufnahmen: mindestens ein reproduzierbar einstellbarer Vergrößerungsfaktor: _____ (mindestens zwischen 1,5 und 2,0)
- bei Zielaufnahmen: Einblendung

B. Gewährleistungsgarantie

Hiermit wird ausdrücklich versichert, dass das zuvor aufgeführte Mammographiegerät mit der Bezeichnung:

die gesetzlichen Voraussetzungen und die Anforderungen nach der „Qualitätssicherungsvereinbarung zur kurativen Mammographie“ in der Fassung vom 01.10.2020 erfüllt.

Ort, Datum

Stempel, Unterschrift des Herstellers/Vertreibers